

カタログ番号：ME-09A00112

製品規格書

製品名：Basal Medium for Custom-order, Ex-1（増殖細胞用基礎培地）

試験項目・規格：

試験項目	規格
外観	赤色、液体
pH	7.2~7.8
エンドトキシン	≤ 0.1 EU/ml
無菌試験	適合
マイコプラズマ試験	適合

改訂日：2021/11/19